

采购编号：[5110012020000103]

# 中医康复保健示范专业实验器材采购项目

## 竞争性磋商文件

中国·四川

四川省内江医科学校

四川博扬招标代理有限公司

共同编制

2020 年 5 月

目 录

第一章 磋商邀请 ..... 1

第二章 磋商须知 ..... 4

第三章 供应商资格条件要求 ..... 19

第四章 供应商资格证明材料 ..... 20

第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求 ..... 21

第六章 采购项目实质性要求 ..... 30

第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容 ..... 31

第八章 响应文件格式 ..... 32

第十章 政府采购合同（草案） ..... 59

## 第一章 磋商邀请

四川博扬招标代理有限公司受四川省内江医科学学校委托，拟对中医康复保健示范专业实验器材采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、**采购编号：**5110012020000103。

二、**采购项目：**中医康复保健示范专业实验器材采购。

三、**资金来源：**财政资金；**计划表编号：**内市采提（2020）0119号。本项目采购预算金额为人民币 64.19 万元。

四、**采购内容：**

本项目采购内容为中医康复保健实验器材。

凡购买竞争性磋商文件的供应商，对磋商内容进行投标的，必须制作响应文件，并响应竞争性磋商文件的要求。

（具体详见竞争性磋商文件第五章）。

五、**供应商邀请方式**

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

六、**供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：**

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、供应商及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录；
- 8、本项目专门面对中小企业采购，参加磋商的供应商需提供本企业为中小企业承诺书；
9. 根据采购项目提出的特殊条件：

若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

资格条件要求详见本文件第三章，资格条件证明材料详见本文件第四章。

## 七、拒绝参加本次采购活动的供应商

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

## 八、磋商文件获取时间、地点：

竞争性磋商文件自2020年5月14日至2020年5月20日9:30-16:00（北京时间，法定节假日除外）在四川博扬招标代理有限公司（内江市东兴区太白路69号天润大厦602）获取。竞争性磋商文件售价：人民币300元/份（现金支付，竞争性磋商文件售后不退，投标资格不能转让）。

获取竞争性磋商文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信（需注明项目名称、采购编号及）、经办人身份证复印件并加盖公章；供应商为自然人的，只需提供本人身份证证明；并将相应材料给采购代理机构留存。

## 九、递交响应文件截止时间：2020年5月26日14:30（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人和采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。（文件接收时间：2020年5月26日14:00-递交响应文件截止时间）

十、磋商地点：四川博扬招标代理有限公司本项目开标室（四川省内江市东兴区太白路69号天润大厦602）。

十一、本磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

## 十二、联系方式

采购人：四川省内江医科学校

地址：内江市东兴区新江路2巷6号

联系人：赵科长

联系电话：0832-8323807

采购代理机构：四川博扬招标代理有限公司

报名咨询：0832-2105862

采购文件咨询：0832-2105862

财务室：0832-2105862

地址：内江市东兴区太白路69号天润大厦602

2020 年 5 月

## 第二章 磋商须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项                  | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购人                   | 四川省内江医科学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | 采购代理机构                | 四川博扬招标代理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | 项目名称                  | 中医康复保健示范专业实验器材采购项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | 采购编号                  | 5110012020000103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 交货期限（实质性要求）           | 合同签订后30天内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | 采购方式                  | 竞争性磋商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | 评分办法                  | 综合评分法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 确定邀请磋商的供应商数量和方式       | 本次采购采取在四川政府采购网上以公告形式发布的方式邀请参加磋商的供应商。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | 采购预算（实质性要求）           | 本项目采购预算品目为 <u>货物</u> ，预算金额为人民币 <u>64.19</u> 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 最高限价（实质性要求）           | 本项目最高限价为人民币 <u>64.19</u> 万元（大写：陆拾肆万壹仟玖佰元整）<br>投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过有效性、完整性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。<br>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。<br>供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | <p>一、小微企业价格扣除</p> <p>1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。</p> <p>二、监狱企业价格扣除</p> <p>1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2、参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>三、失信企业报价扣分</p> <p>1、对记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人，将在实际报价得分的基础上扣除5分。</p> <p>2、投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。</p> <p>四、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位生产的产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | <p>一、节能、环保产品政府采购政策：<br/>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求）</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照《综合评分明细表》的规则进行加分。</p> <p>注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>二、无线局域网产品政府采购政策：<br/>本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，将按照《综合评分明细表》的规则进行加分。</p> |
| 14 | 磋商保证金               | A: 不缴纳 <input checked="" type="checkbox"/><br>B: 缴纳 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | 履约保证金               | A: 不缴纳 <input type="checkbox"/><br>B: 缴纳 <input checked="" type="checkbox"/><br>缴纳金额：合同金额的5 %<br>缴纳方式：通过基本账户以银行转账方式缴纳。<br>缴纳时间：成交通知书领取后，合同签订前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | 联合体投标               | A: 不接受 <input checked="" type="checkbox"/><br>B: 接受 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | 递交响应文件截止时间和磋商时间     | 2020年5月26日14: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | 磋商有效期               | 递交响应文件截止之日起90日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | 响应文件份数              | 正本1份、副本2份，电子文档（U盘）1份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询   | 联系人：魏先生。 联系电话：0832-2105862。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | 磋商过程、结果工作咨询         | 联系人：魏先生。 联系电话：0832-2105862。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | 磋商情况公告              | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 成交通知书领取                                    | 采购结果公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。<br>联系人：魏先生。<br>联系电话：0832-2105862。<br>地址：四川省内江市东兴区太白路 69 号天润大厦 602。                                                                                                          |
| 24 | 供应商询问                                      | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。询问必须以书面形式（原件）提出，以其他形式提出的询问均不接受和回复。<br>联系人：魏先生。<br>联系电话：0832-2105862。<br>地址：四川省内江市东兴区太白路 69 号天润大厦 602。                                                                                             |
| 25 | 供应商质疑                                      | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。质疑必须以书面形式（原件）提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。<br>联系人：魏先生。<br>联系电话：0832-2105862。<br>地址：四川省内江市东兴区太白路 69 号天润大厦 602。<br>注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。<br>2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 26 | 供应商投诉                                      | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即内江市财政局。<br>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围                                                                                                                                                  |
| 27 | 政府采购合同公告备案                                 | 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。                                                                                                                                          |
| 28 | 招标服务费                                      | 1. 代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，代理服务费以成交金额作为收费的计算基数 $\times 1.5\%$ 成交供应商支付代理服务费的<br>本条为实质性要求。<br>2. 在办理成交通知书时一并办理代理服务费，可使用银行转账、电汇或采购代理机构认可的方式支付。                                                                                      |
| 29 | 保证金退还所需资料（本项与本次采购项目不存在任何关联，仅用于方便办理保证金退还事宜） | 保证金退还账户信息登记表（见附件：有关磋商保证金收退的温馨提示）<br>财务电话：0832-2105862<br>注：如已开保证金收据，还需退还收据原件                                                                                                                                                  |
| 30 | 其他要求                                       | 成交供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份原件）送采购代理机构。                                                                                                                                                                                       |
| 31 | 备注                                         | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）等有关规定。本项目可开展中小企业政府采购信用融资政策。                                                                                                                                                  |

## 二、总 则

## 1. 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。
- 1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

## 2. 采购主体

- 2.1 本次磋商的采购人是四川省内江医科学校。
- 2.2 本次磋商的采购代理机构是四川博扬招标代理有限公司。

## 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

- 3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
- 3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
- 3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

## 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

## 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人/采购人委托磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一

个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：体外冲击波治疗仪、中低频治疗仪（吸附式）。

5.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

#### 5.9 进口产品

#### 6. 联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

#### 7. 磋商保证金（本项目不缴纳磋商保证金）

#### 8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起 **90 天**。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

#### 9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 三、磋商文件

#### 10. 磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

#### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5个工作日内；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

#### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答

疑会。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视为放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## **四、响应文件**

### **13. 响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### **14. 响应文件的语言（实质性要求）**

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### **15. 计量单位（实质性要求）**

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### **16. 报价货币（实质性要求）**

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### **17. 响应文件格式**

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### **18. 响应文件的编制和签署**

18.1 资格性响应文件正本壹份、副本贰份、并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本壹份副本贰份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件；**电子文档壹份**，采用 U 盘制作。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5 响应文件应由供应商法定代表人（主要负责人）或其授权代表在响应文件格式要求的地方签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（**实质性要求**）

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（**实质性要求**）

18.9 响应文件统一用 A4 幅面纸印制，除另有规定外。

**19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）**

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

## **20. 响应文件的递交**

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

## **21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19. 响应文件的密封和标注”规定处理）**

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定被没收。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## **五、评审**

22. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## **六、成交事项**

### **23. 确定成交供应商**

采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

23.1 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2 采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出

的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
- （4）成交候选供应商提供虚假材料；
- （5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## **24. 成交结果**

24.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

## **25. 成交通知书**

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

26.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

# **七、合同事项**

## **26. 签订合同**

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的



合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

## **27. 合同分包（实质性要求）**

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## **28. 合同转包（实质性要求）**

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## **29. 补充合同**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### **30. 履约保证金（如需缴纳）**

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.3 履约保证金退还：项目验收合格后 5 日后，采购人接到供应商申请和支付凭证资料文件，以及由采购人确认项目履约完毕，验收合格的正式书面文件后 5 日内，由收款单位向供应商退付履约保证金。未按要求履约的不予退还履约保证金。逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### **31. 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **32. 合同备案**

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 7 个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### **33. 履行合同**

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### **34. 验收**

34.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭履约验收合格证明材料到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### **35. 资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

### 36. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- （4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；
- （9）提供假冒伪劣产品；
- （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- （12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

37. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其 他

38. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

39. 本磋商文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

40. 在本次递交磋商文件之前一周内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于 20%。（**实质性要求**）

41. 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。（**实质性要求**）

### 第三章 供应商资格条件要求

（一）参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 投标单位及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录。

8. 本项目专门面对中小企业采购，参加磋商的供应商需提供本企业为中小企业承诺书；

9. 根据采购项目提出的特殊条件：

9.1 若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

10. 本项目不接受联合体投标。

（二）其他类似效力要求：

法定代表人/单位负责人身份证明文件或授权参加本次磋商活动的授权代表证明材料；

注：1. 本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2. 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前 3 年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

## 第四章 供应商资格证明材料

### 一、供应商应提交的资格证明材料

(1) 具有独立承担民事责任的能力：企业法人或者其他组织的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本（复印件）、税务登记证副本（复印件），已经办理三证合一的只需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①具有良好的商业信誉承诺函，提供承诺函（原件）

②具备健全的财务会计制度的证明材料。{注：①可提供 2018 或 2019 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供 2018 或 2019 年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。}；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函（原件）；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2019 年任意一个月纳税及社保缴纳证明材料或依法缴纳税收和社保的承诺函（原件）；

(5) 参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函（原件）；

(6) 供应商及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录，提供承诺函（原件）；

(7) 本项目专门面对中小企业采购，参加磋商的供应商需提供本企业为中小企业承诺书；

(8) 根据采购项目提出的特殊条件：

若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

### 二、其他类似效力要求相关证明材料：

(1) 非法定代表人参/主要负责人与投标并签署投标文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和代理人的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

(2) 法定代表人/主要负责人直接参与投标并签署投标文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

注：相关证明材料为复印件的，复印件必须加盖相关投标人公章（鲜章）。

## 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

### 一、项目背景

四川省内江医科学校需采购中医康复保健示范专业实验器材一批。

### 二、技术要求：

| 序号 | 产品名称       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                   | 数量 | 单位 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 关节角度尺套装    | 用于测量人体各关节活动范围及脊柱弯曲程度；<br>长 x 宽 x 高尺寸：35 × 17 × 5cm( 允许 ± 2cm 偏差 )，<br>测量器具 ≥ 5 个。                                                                                                                                      | 10 | 套  |
| 2  | 上肢功能评估箱    | 对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度；<br>长 x 宽 x 高尺寸：43 × 43 × 12cm( 允许 ± 2cm 偏差 )。                                                                                                                                            | 1  | 套  |
| 3  | 多功能关节活动测量计 | 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度；<br>表盘直径 ≥ 6.5cm, 表盘旋转角度 0-360°                                                                                                                                                                   | 1  | 台  |
| 4  | 皮脂厚度测定计    | 可以测颈部、胸部、腰部、大腿前后侧和小腿腓肠肌等部位的披滞厚度；<br>长 x 宽 x 高尺寸：29.8x12x5.5cm( 允许 ± 2cm 偏差 )                                                                                                                                           | 1  | 台  |
| 5  | 电子肺活量计     | 电子肺活量测试仪配置主机一台，交流电源一只，<br>肺活量测试吹嘴 8 只；量程 ≥ 10000ml                                                                                                                                                                     | 1  | 台  |
| 6  | 双频超声波治疗仪   | 1、仪器配有一个手持移动式 1MHz 和 3MHz 探头；<br>2、≥ 3.5 寸彩色液晶显示，一键飞梭操作，提供图片证明；<br>★3、十种占空比：10%~100%可调，步进为 10%；<br>4、绝对最大有效声强：≤ 3.0W/cm <sup>2</sup> ；<br>5、波束类型：准直型；<br>★6、输出模式：9 档脉冲模式和连续模式；<br>7、额定输出功率：5W ± 5%；<br>8、波束不均匀系数：≤ 8.0 | 1  | 台  |
| 7  | 体外冲击波治疗仪   | 1、适用范围：足底筋膜炎、肩周炎、跟腱肌腱病、<br>肱骨外上髁炎的辅助治疗；<br>2、工作压力 0.5~5bar，步长 0.1bar；<br>3、最大能量密度 0.05J/cm <sup>2</sup> ；                                                                                                              | 1  | 台  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |           | <p>4、频率 1~21Hz，可调步长 1Hz；</p> <p>5、对单次治疗进行计数并显示在计数装置上，具有手柄减震设计；</p> <p>6、具备独立计数器记录子弹体与治疗头总的碰撞次数；</p> <p>7、治疗机输出压力波的脉宽为 80 μs，误差应 ≤ 5%；</p> <p>★8、手柄上液晶屏显示工作压力、预设次数、实时治疗计数和频率，提供实例图片证明；</p> <p>★9、操作手柄上提供物理按键，可实现参数的调整，提供实例图片证明；</p> <p>10、隐藏式排水系统，玻璃冷凝罐不外露于机器表面；</p> <p>★11、具有治疗头压力传感器，在治疗头与皮肤接触的临界自动进行治疗，同时在显示屏上实时显示治疗头与患者皮肤接触压力；</p> <p>12、包括空气压缩机在内所有部件的总质量 ≤ 14kg。</p>                    |   |   |
| 8  | 高能红外治疗仪   | <p>★1、适用范围：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合；提供注册证适应范围证明；</p> <p>2、能量主要分布范围 0.4 μm-1.4 μm（即 400-1400nm），可产生 WIRA 光；</p> <p>★3、光源功率不低于 750W；</p> <p>4、出光口平面中心处光功率密度应 ≥ 600mW/cm<sup>2</sup></p> <p>★5、出光口面积 ≥ 95cm<sup>2</sup>，有效照射面积 ≥ 625cm<sup>2</sup></p> <p>6、有效治疗深度 ≥ 10cm；</p> <p>7、彩色液晶触摸屏操作；</p> <p>8、治疗头可根据病人体位调整水平旋转角度 ≥ 90°，竖直旋转角度 ≥ 90°</p> <p>9、有过热保护功能，具有防断电倾倒功能。</p> | 1 | 台 |
| 9  | 紫外线治疗仪    | <p>★1、紫外线辐射波长：≥ 254nm 其光谱 ≥ 85%（短波）；</p> <p>★2、紫外线辐射强度：体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥ 12.4mW/cm<sup>2</sup>，体表灯管强度（灯管距照射部位 3 厘米）≥ 12.7 mW/cm<sup>2</sup>；</p> <p>3、照射器配置：配备多种照射器；大体表照射器（标配）、体腔照射器（标配），并可根据临床需要订制体腔专用光导（标配 3 支）、小体表照射器；</p> <p>4、发光体的极性：双热阴极技术，技术更先进，治疗时无需预热既可以达到比较高的强度，工业通用性强。</p>                                                                                                         | 1 | 台 |
| 10 | 低频电子脉冲治疗仪 | <p>★1、具有 ≥ 12 种程序治疗方式，具有编辑功能：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 台 |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |              | <p>三种可供使用者定义的编辑功能;</p> <p>2、输出电流: 70mA;</p> <p>3、频率: 0.5--120Hz 可调;</p> <p>4、脉宽: 60--300 <math>\mu</math>s 可调;</p> <p>★5、电源电压: 9V 电池电源, 杜绝 220v 电源, 提供实例图片证明;</p> <p>6、长宽高尺寸: 114mm <math>\times</math> 59mm <math>\times</math> 27mm (允许 <math>\pm</math> 5mm 偏差);</p> <p>7、重量: <math>\leq</math> 170g。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
| 11 | 中低频治疗仪 (吸附式) | <p>1、产品适用范围: 适用于改善肌肉关节疼痛症状和肌力减退体征;</p> <p>2、三段式程序编程: 在专家处方模式下, 一个处方 20 分钟的治疗时间内, 可以分三段时间设定不同的治疗强度, 以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性, 从而达到更好的治疗效果;</p> <p>★3、四通道八路, 最多可同时治疗四人, 负压吸引, 杜绝电极片产品, 提供图片实例, 系统带有 20 个自带专家处方, 可编辑;</p> <p>4、联合应用: 两通道同步应用于主动肌和拮抗肌, 或者应用于大肌群的不同部位, 同时输出, 两通道输出可适当的调节间歇时间, 放松肌肉, 避免肌肉疲劳;</p> <p>★5、干扰电频率: 4000-5000Hz 可调, 低频频率: 1-1000Hz 可调, 中频频率: 2000-3000Hz 可调;</p> <p>★6、差频频率范围: 0-1000Hz 可调;</p> <p>7、吸附负压: 0-40KPa, 极限负压值: -40Kpa;</p> <p>8、治疗模式: 全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式;</p> <p>9、电流模式: 干涉一 (IF1)、干涉一 (IF2)、干涉一 (IF3)、中频模式 (MF)、低频模式 (LF)。</p> | 1 | 台 |
| 12 | 微波治疗仪        | <p>1、工作频率: 2450MHz <math>\pm</math> 50MHz。</p> <p>2、输出功率: 0-99W, 连续可调。</p> <p>3、时间设置: 0~30 分, 连续可调。</p> <p>4、显示方式: LED 数码显示。</p> <p>★5、微波理疗辐照器: 圆形 <math>\geq</math> <math>\Phi</math>160mm、马鞍形 <math>\geq</math> 360mm<math>\times</math>140mm<math>\times</math>60mm。</p> <p>6、安全性: 外壳泄露: <math>\leq</math> 0.5 mW/cm<sup>2</sup> ; 无用辐射: <math>\leq</math> 0.5 mW/cm<sup>2</sup>; 具有过载、闭锁、误操作自动保护装置。</p> <p>7、适用范围: 适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗</p>                                                                                                 | 1 | 台 |
| 13 | 骨质疏松治疗仪      | <p>1、尺寸: 长*宽*高 450mm<math>\times</math>350mm<math>\times</math>250mm, 允差 <math>\pm</math> 10%;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 台 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |           | 2、电源电压：AC220V/50Hz；<br>3、输入功率：≥250VA；<br>★4、模式：≥5 种治疗模式；<br>5、频率：1-100Hz 连续可调；<br>6、定时：1~99min 连续可调；<br>7、磁场强度：1-10 档可调，最大输出强度 ≥7mT(70GS)，允差±2mT(20GS)；<br>8、治疗垫温度：5 档可调，分为常温、37℃、41℃、45℃、48℃可调，允差±3℃；<br>9、治疗器尺寸：长 690mm，宽 180mm，允差±10%；<br>10、具有两路超温保护，安全可靠；<br>11、≥6 块磁体，从颈椎到腰椎全方位治疗；<br>12、≥5 种模式对应≥5 种波形，可供灵活选择；<br>13、磁场强度，治疗温度可调。                         |   |   |
| 14 | 全自动湿热敷治疗器 | 1、适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期，纤维组织炎，肩关节周围炎，慢性关节炎，关节纤维强直，坐骨神经痛等各种物理治疗和手法治疗前的预先治疗；<br>2、触摸控制面板，操作简单，显示直观；<br>3、功率：≤2300W；<br>4、水箱容积：65—70 升；<br>5、产品具有自动、手动两种模式可选择，自动模式：可设置 99 分钟倒计时，结束后停止加热；手动模式：打开电源开关后设定恒温值后持续保温，关闭电源后停止加热<br>6、双重温度保护：设定温度恒温保护和超温断电保护，低水位报警保护，保证装置安全运行；<br>7、温控范围：0~99℃可调，温控灵敏度：±0.1℃；<br>8、设备材料：内外均采用全高标 304#不锈钢制作；<br>9、外形尺寸：41cm×65cm×89cm（允许±2cm 偏差） | 1 | 台 |
| 15 | 空气波压力治疗仪  | 1、采用彩色液晶中文显示，操作更方便，压力设置范围在 10mmHg ~ 200mmHg 内可调，精度 ±22.5mmHg；且超过 2kPa 的持续时间应不大于 3min。<br>2、定时范围 0~99min 内（以 1min 为单位的设置），误差应不大于 ±20s<br>3、具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到 30mmHg 以下的时间应在 4 秒钟内。<br>★4、输出模式：模式 ≥4 种，模式间可任意组合，比如模式 1+2，模式 1+3，模式 1+4，模式 2+3，模式 2+4，模式 3+4，模式 1+2+3，模式 1+2+4，模式 2+3+4 等；<br>5、连接管路具有防止接错的装置和标识；<br>6、输入功率：180VA。                              | 1 | 台 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 16 | 深层肌肉刺激仪    | ★1、可充电锂电池组供电，实时显示电池电量，提供图片证明；<br>2、振动频率：按摩器垂直振动频率 $\leq 60\text{Hz}$ ；<br>★3、振动频率分 5 档可调，档位实时显示，同时显示累计击打次数，提供图片证明；<br>4、触摸按键控制，美观大方，防水；<br>★5、配备 U 型头、小圆头、小平头、标准球型头、大号球型头、减振头，提供图片证明；<br>6、输入功率 $\leq 30\text{VA}$ 。                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 台 |
| 17 | PT 床及 PT 凳 | 1、长*宽*高尺寸：190×126×48cm，（允许 $\pm 2\text{cm}$ 偏差）；<br>2、床面高度 48cm--50cm，最大承载能力 135kg--140kg。<br>3、配备 PT 凳一张。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 台 |
| 18 | 多体位手法治疗床   | 1、电源：AC 220V/50Hz；<br>2、最大推力 $\geq 6000\text{N}$ ；<br>3、床体尺寸：650*1950mm（允许 $\pm 5\text{mm}$ 偏差）；<br>★4、床体升降范围：480-880mm，扶手升降范围：0-30cm；<br>5、头部断面可调角度： $-20^{\circ}$ 至 $60^{\circ}$ ；<br>6、颈腰断面可调角度： $0^{\circ}$ 至 $60^{\circ}$ ；<br>7、腿部断面可调角度： $0^{\circ}$ 至 $45^{\circ}$ ；<br>8、腿部分离断面可调角度： $-30^{\circ}$ 至 $60^{\circ}$ ；<br>★9、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗，提供实例图片证明；<br>10、适用范围：适用于医院骨科、康复科、脊骨神经科、运动损伤康复中心承载和护理患者用，提供国家食药监局注册证截图证明； | 1 | 台 |
| 19 | 平衡板        | 1、长*宽*高尺寸：90×70×10cm，允许 $\pm 2\text{cm}$ 偏差；<br>2、面板摆动角度 $-13^{\circ} \sim +13^{\circ}$ ，额定载荷 135kg--140kg。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 台 |
| 20 | 站立架        | 1、长*宽*高尺寸：144×60×110cm，允许 $\pm 2\text{cm}$ 偏差；<br>2、肘部垫宽度 40-45cm，肘部垫额定承载质量 $\geq 80\text{kg}$ ，臀部垫和绑带负载质量 $\geq 135\text{kg}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 台 |
| 21 | 步行训练用斜板    | 1、实用的简易步行训练装置，产品尺寸 320×86×35cm（允许 $\pm 2\text{cm}$ 偏差），<br>2、阶梯额定载荷 $\geq 135\text{kg}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 台 |
| 22 | 抽屉式阶梯      | 1、产品尺寸 60×33×40cm（允许 $\pm 2\text{cm}$ 偏差）；<br>2、相邻台阶距离 8-10cm，阶梯额定载荷 $\geq 135\text{kg}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 台 |
| 23 | OT 综合桌     | 1、操作台尺寸：100×102×84cm，允许 $\pm 2\text{cm}$ 偏差；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 台 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                          |    |   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    |          | 2、后操作面板尺寸：94.5×36×2cm，允许±2cm偏差；<br>3、组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。                                                                                      |    |   |
| 24 | 分指板      | 本产品用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形；尺寸 20×20×2.7cm（允许±2cm 偏差），指板间距 20-25mm。                                                                                                                                            | 2  | 台 |
| 25 | 手功能组合训练箱 | 产品主要用于训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性；尺寸为 55×40×14 cm（允许±2cm 偏差），                                                                                                                                                     | 1  | 台 |
| 26 | 折叠式普通轮椅  | 尺寸：95×68×90 cm（允许±2cm 偏差），车架：Φ                                                                                                                                                                           | 2  | 台 |
| 27 | 助行器套装    | 1、套装包含：助行器、腋杖、肘杖、手杖各 2 套<br>2、助行器：高度 78-96cm；腋杖：腋托长度≥19cm；肘杖：肘托内侧深度≥4cm；手杖：手杖高度调节范围 71~94cm，分 10 档，每当高度调节 2.5cm。                                                                                         | 1  | 台 |
| 28 | 针灸推拿按摩床  | 1、长*宽*高尺寸：190*60*60cm，允许±2cm 偏差；<br>2、最大承载能力 135kg-140kg，钢构部分需整体焊接，不能使用螺丝固定。                                                                                                                             | 12 | 张 |
| 29 | 治疗推车     | 加厚医用塑料材质；尺寸：540*370*900mm（允许±5mm 偏差）。                                                                                                                                                                    | 6  | 台 |
| 30 | 准备操作台    | 加厚不锈钢材质；尺寸：760*530*900mm（允许±5mm 偏差）。                                                                                                                                                                     | 2  | 套 |
| 31 | 耳穴探测器    | ★1、该产品主要用于耳穴探测，探测电阻 Rx 最高灵敏度为 10MΩ；<br>2、耳穴探测器灵敏度可调节，绿灯亮表示阴性，黄灯亮表示临界，红灯亮表示阳性；<br>3、外形尺寸：215×20×15mm（允许±5mm 偏差），重量≤30g。                                                                                   | 5  | 台 |
| 32 | 经络笔      | 该产品主要用于经络检测，锂电池充电，电源 3.7v；重量≤0.1kg。                                                                                                                                                                      | 5  | 把 |
| 33 | 激光穴位治疗仪  | 1、产品应用低强度激光和中医的经络学说相结合的多功能治疗设备。可以进行耳穴治疗、腔道治疗和体表治疗，应用于康复科、五官科、皮肤科、内科及变态反应科等；<br>★2、六路输出通道，每两路一组；<br>3、激光波长：630~780nm；<br>4、激光输出功率：每路≤10mW；<br>5、输出模式：连续或脉冲输出，5 档控制<br>★6、探头类型：激光耳夹探头、激光鼻夹探头、激光笔形探头、激光体表探头 | 1  | 台 |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    |             | 7、输入电源 AC220V $\pm$ 10%，50Hz $\pm$ 1Hz<br>8、时间控制：15~45 分钟可调<br>9、体表治疗：利用激光体表探头做全身各个穴位的治疗，类似针灸效果，也可照射局部病灶起到消炎、脱敏、治疗局部疼痛等功效。<br>10、腔道治疗：利用激光笔形探头或激光腔道探头进行鼻腔、口腔、耳道、阴道等治疗。<br>11、耳穴治疗：利用激光耳夹探头替代电针、耳穴贴豆及耳穴的电疗等。                                                            |    |   |
| 34 | 电针治疗仪       | 1、工作模式：连续、疏密、断续；<br>2、输出脉冲频率：1-100Hz 可调；<br>3、输出脉冲路数： $\geq$ 6 路输出。                                                                                                                                                                                                    | 10 | 台 |
| 35 | TDP 治疗仪     | 1、标准立式特定电磁波治疗仪，单头：250VA；<br>2、加热器使用寿命： $\geq$ 2000h，辐射板使用寿命 $\geq$ 1000h，热响应时间应不超过 20 分钟。                                                                                                                                                                              | 10 | 台 |
| 36 | 全身针刺穴位模型    | 1、本产品主要用于中医教学、针灸和推拿等教学，非常详细地标明了 14 条主要经络线，身体右侧是 361 个经穴和 48 个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。<br>2、身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。<br>3、高约为 170-178cm，材质为玻璃钢，重量 $\leq$ 25kg。                                                                      | 1  | 套 |
| 37 | 足部反射区模型     | 本模型用医用 PVC 材料制成，长 20-22cm 足模型                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 个 |
| 38 | 针灸下肢训练模型    | 1、模拟成人腿部，腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实；<br>2、解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等，可以进行上肢常用穴（42—54 个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核；<br>3、模型组成：针刺训练腿部 1 套，照明设备 1 个，定制 LED 光源 1 套                                                                                                                | 5  | 个 |
| 39 | 经络腧穴模拟人（发光） | 1、光电感应，穴位发光，声音、屏幕、人体模型同步控制，经络发光，十二经脉循环流注，特定穴的分布，表、浅、深层穴位解剖图谱，常见病的辨证施治，随证选穴及处方输出；<br>2、模型底盘：4 脚轮木质底盘，模型材质：玻璃钢<br>3、经络穴位名称代码：符合国标 GB12346-90，经络穴位相关信息：依据教育部六版教材，发光元件：三色高亮度 LED；<br>4、发光经络数：14（含任督二脉），发光穴位数：409（含经外奇穴）；<br>5、电脑接口：9 芯串行通讯口 RS-232（COM 端口）/通用串行总线 USB（备选）； | 1  | 个 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |       | 6、硬件装置：多芯片微处理器系统，软件配置：CD-ROM 软件安装光盘；<br>7、模型尺寸：高 170-175cm，模型重量 ≤ 20kg；<br>8、电源：AC220V50Hz，功耗 ≤ 20W。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
| 40 | 中药熏蒸机 | 1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz<br>2、额定输入功率：≤2300VA<br>3、外形尺寸：长 710mm，宽 640mm，高 1250mm（±10mm）<br>4、预加热时间：≤15min(水量适中 1.8L)<br>5、功率调节：1-6 档可调<br>★6、喷头水平旋转角度 360°，喷头上下旋转角度 ≥70°，喷杆横向调节角度 ≥110°<br>7、工作时间：1-99min<br>★8、设置预热温度，70-99℃可调<br>9、运行模式：连续运行<br>★10、单锅加液量为 ≥3L<br>11、微电脑控制操作系统，≥7 寸电容触控<br>★12、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人<br>13、加热锅 300℃温控保护，双重防止干烧设计<br>14、耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离<br>15、吸水绑带设计，防止喷头滴水<br>16、具有自动漏电保护、自动防干烧<br>★17、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤<br>18、电动控制废液的排放<br>19、具有三维立体喷头旋转方向<br>20、隐藏式的加热<br>★21、配有专门的蒸馏水回收<br>22、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品<br>23、产品通过 ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。 | 1 | 个 |
| 41 | 刮痧治疗仪 | 1、刮痧治疗仪采用双铜电极，通过刮痧或按摩刺激体表脉络、皮肤和经络的传导作用，激发人体脏器的协调功能，改善人体气血流通状态，从而达到平衡阴阳、扶正祛邪、排泄瘀毒、退热解惊、开窍益神等功效。<br>2、仪器配有可循环变频的电极片，治疗时有捶打、揉捏、捻针与进针的感觉，交变频率则包含高、中、低频电流的特性，随节奏的变化能模拟针灸提、留、捻、转、得气的感觉和效果，一机两用。<br>★3、电针输出的直流分量：≤ 100mV；<br>4、电针脉冲宽度：0.008ms ~ 0.6ms；<br>5、电针工作频率：2Hz、10Hz、100Hz、循环可选；                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 个 |

|  |  |                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 6、电针脉冲幅度：≤150V <sub>p</sub> 可调（500Ω负载）；<br>7、定时时间：0-45 分钟；<br>★8、输出通道：双同电极+1 路电针通道<br>9、使用电源：DC6.0V, 偏差范围-10% ~ +5%（5号电池 4 节）；<br>10、主机体积：180×50×23mm（允许±5mm 偏差）。 |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 三、商务要求

1、交货时间：合同签订后 30 天内

2、款项支付进度及方式：货到后采购人在二十个工作日内支付合同总金额的 95%，剩余 5%作为质量保证金，货物使用一年后无质量问题，采购人凭质保金凭证将剩余 5%退还成交供应商。

3、售后服务：

3.1 质保期内供货方应免费负责设备维修及抢修，且不能以差旅、住宿等理由要求采购方支付其他任何费用。投标人需在响应文件中承诺在质保期内若发生故障，售后人员须 2 个小时内响应，在 4 小时内到现场，对设备进行维修或更换。

3.2 涉及到软件需要升级的设备，供货方需免费升级。

3.3 供货方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.4 质量要求

3.5 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.6 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。每台货物上均应有产品质量检验合格标志；

3.7 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

3.8 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

4、验收标准：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。

验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 第六章 采购项目实质性要求

供应商资格必须符合国家有关规定和磋商采购文件资格性要求；若磋商结果无实质性变动, 供应商必须满足采购文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。



## 第七章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

### （一）协商内容

- 1.1 同类项目合同价格。
- 1.2 相关专利、专有技术等情况说明。
- 1.3 合同主要条款及价格商定情况。

### （二）协商过程中可能实质性变动的内容

- 2.1 供应商报价。
- 2.2 采购项目的技术及商务要求。
- 2.3 合同草案条款。
- 2.4 其他实质性变动。

## 第八章 响应文件格式

### 第一部分 “资格性响应文件” 格式

格式 1-1

封面：

(正本/副本)

\_\_\_\_\_项目

## 资格性响应文件

供 应 商名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

响应时间：202\_\_年\_\_月\_\_日

## 格式 1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（采购编号：\_\_\_\_\_）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字：\_\_\_\_\_。

授权代表（被授权人）签字：\_\_\_\_\_。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）。

日 期：\_\_\_\_\_。

注：

- 1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
- 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
- 4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 二、法定代表人/单位负责人身份证明

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人姓名）在\_\_\_\_\_（供应商名称）  
处任\_\_\_\_\_（职务名称）\_\_\_\_\_职务，是\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代  
表人。

法定代表人/单位负责人联系方式：\_\_\_\_\_。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证  
两面均应复印）时才能生效, 不允许粘贴。

法定代表人/单位负责人身份证样式(仅供参考)：

|          |          |
|----------|----------|
| 身份证复印件正面 | 身份证复印件背面 |
|----------|----------|

## 格式 1-3

### 三、承诺函

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我单位及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“磋商保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

九、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 20%，我方承诺符合该要求。

十、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_

## 格式 1-4

### 四、供应商和磋商其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第三章、第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

## 第二部分 “其他响应性文件” 格式

格式 2-1

封面：

(正本/副本)

\_\_\_\_\_项目

# 其他响应性文件

供 应 商名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

响应时间：202\_\_年\_\_月\_\_日



## 一、供应商基本情况表

|        |     |  |        |        |      |  |
|--------|-----|--|--------|--------|------|--|
| 供应商名称  |     |  |        |        |      |  |
| 注册地址   |     |  |        |        | 邮政编码 |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        |        | 联系电话 |  |
|        | 传真  |  |        |        | 网址   |  |
| 组织结构   |     |  |        |        |      |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 联系电话 |  |
| 技术负责人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 联系电话 |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数： |        |      |  |
| 企业资质等级 |     |  | 其中     | 项目经理   |      |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 高级职称人员 |      |  |
| 注册资金   |     |  |        | 中级职称人员 |      |  |
| 开户银行   |     |  |        | 初级职称人员 |      |  |
| 账号     |     |  |        | 技工     |      |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |      |  |
| 备注     |     |  |        |        |      |  |

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 二、报价函

\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目磋商文件（采购编号：\_\_\_\_\_），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需工程，总报价为人民币\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5. 我方为本项目提交的响应文件正本\_\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_\_份，电子文档\_\_\_\_\_份用于磋商报价。

6. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7. 本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起\_\_\_\_\_天。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

三、报价表

采购项目名称：

采购编号：

| 序号        | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单位 | 投标单价（万元） | 投标总价（万元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
|-----------|------|-----------|----|----|----------|----------|------|----------|----|
|           |      |           |    |    |          |          |      |          |    |
|           |      |           |    |    |          |          |      |          |    |
|           |      |           |    |    |          |          |      |          |    |
| 报价合计（万元）： |      |           |    |    | 大写：      |          |      |          |    |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备的运输、保险、安装调试、培训、税费、系统集成等费用和招标文件规定的其它费用。不得漏报，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。

2. 如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，投标人以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 四、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

## 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 六、监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。

七、技术应答表

采购项目名称:

采购编号:

| 序号      | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
|---------|--------|--------|------|
|         |        |        |      |
|         |        |        |      |
|         |        |        |      |
| • • • • |        |        |      |

注：供应商根据磋商文件要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_  
日 期：\_\_\_\_\_

八、商务应答表

采购项目名称：

采购编号：

| 序号      | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
|---------|--------|--------|------|
|         |        |        |      |
|         |        |        |      |
|         |        |        |      |
| • • • • |        |        |      |

注：供应商若完全满足竞争性磋商文件要求的，可不填写。若有偏离，应逐一填写。供应商不得虚假响应，否则将取消其报价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_  
日 期：\_\_\_\_\_



九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
|----|------|------|------|------|--------|----|
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |
|    |      |      |      |      |        |    |

注：1. 以上格式可自行增减。  
2. 供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_\_

十、实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购编号：

| 类别   | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 相关资料（无可不提供） |    |    |    |
|------|----|----|----|-----|-------------|----|----|----|
|      |    |    |    |     | 证书名称        | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |    |    |    |     |             |    |    |    |
|      |    |    |    |     |             |    |    |    |
|      |    |    |    |     |             |    |    |    |
| 技术人员 |    |    |    |     |             |    |    |    |
|      |    |    |    |     |             |    |    |    |
|      |    |    |    |     |             |    |    |    |
| 售后人员 |    |    |    |     |             |    |    |    |
|      |    |    |    |     |             |    |    |    |
|      |    |    |    |     |             |    |    |    |

注：1. 以上表格格式行可增减。  
2. 证明材料详见综合评分明细表。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）  
法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_  
日 期：\_\_\_\_\_

## 十一、本项目的实施方案

采购项目名称：

采购编号：

由供应商自行编写，格式不限，但应包含不限于：综合评分明细表涉及内容。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 十二、最后报价表

一、关于最后报价表的说明：

- 1、最后报价表不需要封装在响应文件中；
- 2、最后报价表是在通过相关评审后，向评审委员会单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；
- 3、最后报价表可以供应商的法定代表人或授权代表在最后报价时手工填写；
- 4、最后报价超过本项目预算的，作无效响应处理。

二、最后报价表格式：

### 最后报价表

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 项目名称   |                              |
| 采购编号   |                              |
| 交货期限   |                              |
| 采购应答总价 | 人民币小写：_____万元<br>人民币大写：_____ |
| 其他要求   |                              |

注：1、采购应答总价包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2、各分项报价按总价同比下浮计算。

供应商名称：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 第九章 评审方法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。（**实质性要求**）

### 2. 磋商程序

2.1 审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强

制采购相关规定的；

(4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(5) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

(6) 磋商文件载明的成交原则不合法的；

(7) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3 磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 磋商。

2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必

要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

#### 2.5 最后报价。

2.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3 供应商最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的

重点复核。

## 2.9 采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

- (1) 资格性审查认定错误的；
- (2) 分值汇总计算错误的；
- (3) 分项评分超出评分标准范围的；
- (4) 客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

## 2.9.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- (1) 磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

## 2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。

磋商报告应当包括以下主要内容：

- (1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (2) 响应文件开启日期和地点；
- (3) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (4) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- (5) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。



磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

#### 2.12 供应商澄清、说明

2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

#### 2.13 终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

### 3. 综合评分

3.1 本次综合评分的因素是：报价、服务、业绩、实力、响应文件的规范性等。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

#### 3.3 综合评分明细表

3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

#### 3.3.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重     | 分值   | 评分标准                                                                                                                          | 说 明                                              |
|----|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 报价 40%      | 40 分 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价 / 投标报价）× 40（保留小数点后两位）。                                                                      | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2  | 技术指标和配置 41% | 41 分 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分：<br>完全符合招标文件要求的得 41 分；带“★”的参数负偏离每项扣 1 分，其它参数负偏离每项扣 0.1 分，扣完为止。                                    | 带“★”的参数需按招标文件要求提供检验报告、注册证、实物图片等相关证明材料，否则视为负偏离。   |
| 3  | 售后服务 10%    | 10 分 | 针对于本项目作出售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、人员培训计划、响应时间、应急处理措施（自然因素和人为因素）、技术服务支持等方面进行比较，包含以上内容且完全满足项目要求，针对性强、可操作性高的得 10 分，每有一项不完善的扣 2 分；扣完为止。 |                                                  |
| 5  | 业绩 5%       | 5 分  | 投标人提供自 2018 年 1 月 1 日起至至今的类似业绩情况，每提供一个得 1 分，最多得 5 分。                                                                          | 提供中标通知书或合同证明材料                                   |

|   |                |     |                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|---|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 政策类评审因素<br>3%  | 3 分 | 1. 供应商为少数民族地区或不发达地区的得 1 分；<br>2. 供应商投标产品中每有一项为优先节能产品、环境标志产品、无线局域网产品的政府采购清单中产品的得 0.5 分，非政府采购优先节能、环境标志产品、无线局域网产品的不得分。本项最多得 2 分。 | 第 1 项以供应商营业执照注册地为准；<br>第 2 项提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；投标产品属于无线局域网认证产品政府采购清单内产品的，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附后。 |
| 7 | 投标文件的规范性<br>1% | 1 分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 1 分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。                                                                            | 以投标文件为准                                                                                                            |

注：1）采购人/采购代理机构应当根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。

2）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#### 4. 磋商纪律及注意事项

4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

#### 5. 磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导

致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- （六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；
- （七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （八）法律、法规和规章规定的其他义务。

**6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：**

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

## 第十章 政府采购合同（草案）

合同编号：

甲方：

乙方：

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及 XXXX 项目（采购编号：XXXX）的《竞争性磋商文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

### 1. 项目基本情况

### 2. 合同期限

### 3. 服务内容与质量标准

### 4. 服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1、XX 万元；

2、XX 万元；

3、XX 万元。

.....

(二)服务费支付方式：

### 5. 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

## **6. 无产权瑕疵条款**

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

## **7. 履约保证金**

1、乙方交纳人民币 xx 元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

## **8. 甲方的权利和义务**

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## **9. 乙方的权利和义务**

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

## **10. 违约责任**

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的

法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

#### 11. 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 XX 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 12. 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 XX 天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

#### 13. 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购监管部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 XX 份，自双方签章之日起起效。甲方 XX 份，乙方 XX 份，采购代理机构 XX 份，同级财政部门备案 XX 份，具有同等法律效力。

#### 14. 附件

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

